



Freie und Hansestadt Hamburg  
Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und  
Verbraucherschutz

Das Prüflaboratorium

**Analytik Team GmbH**  
**Max-Eyth-Str. 23**  
**D-70736 Fellbach**

hat mit dem Laborcode 35 am 3. Ringversuch

**“Bestimmung von Parametern nach Altholzverordnung“  
vom 15. August 2002**

**September 2007**

erfolgreich teilgenommen.

Das Untersuchungsprogramm bestand aus einer Altholzprobe und umfasste die folgenden 16 Parameter:

**Organik:** PCP, PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180 sowie die Summe PCB

**Anorganik:** Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Quecksilber, Kupfer, Chlor, Fluor

(Erfolgskriterien: Mindestens 80 % der Organischen Parameter und mindestens 80 % der Anorganischen Parameter mussten erfolgreich ( $|Z| \leq 2$ ) bestimmt werden.)

**Das Prüflaboratorium bestimmte sämtliche Parameter;  
davon hat das Labor folgende Parameter erfolgreich gemessen:**

**PCP, PCB 28, 52, 101, 138, 153, Summe PCB**

**Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Quecksilber, Kupfer, Chlor, Fluor**

Einzelheiten sind den Anlagen zu diesem Zertifikat zu entnehmen.

Hamburg, den 21.11.2007

*K. Ludwig Baxter*

Dr. Karla Ludwig-Baxter

